

Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-DO 19/20-0 Umowa o dofinansowanie Projektu: „ACTRIS – Infrastruktura do badania, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TG/2141-2/2021

Zabrze, dnia 05.11.2021 r.

Zamawiający:
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy CZEŚCI I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę dwukanałowego chromatografu jonowego sprzężonego z autosamplerem i wyposażonego w detektor pulsacyjno-amperometryczny oraz dostawę Termo-optycznego analizatora węgla (OC/EC) - z podziałem na 2 części”

CZYLI DOSTAWY DWUKANAŁOWEGO CHROMATOGRAFU JONOWEGO SPRZĘŻONEGO Z AUTOSAMPLEREM I WYPOSAŻONEGO W DETEKTOR PULSACYJNO-AMPEROMETRYCZNY

Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie prawne

art. 255 ust. 2 ustawy Pzp - Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dotyczące części I postępowania podlegają odrzuceniu

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca przedstawił w specyfikacji technicznej dołączonej do oferty

- (poz.17) Kolumna analityczna 4x250mm,

- (poz.18) Kolumna ochronna 4x50mm

a w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) Zamawiający wymagał kolumn o wymiarach 4x25mm i 5x4mm

W związku z tym oferta podlega odrzuceniu gdyż jest niezgodna z SWZ

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu